



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 15.10.2015 r.

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę wózków w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia – III etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie”. **Nr sprawy: RZP-VI/1/12/15**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

**Dotyczy: Dostawa stołów zabiegowych/wózków – 3 szt.**

**Pytanie nr 1**

Czy (dla pkt. 2) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** posiadający wymiary zewnętrzne 2060 x 810 mm? Oferowana długość mieści się w zakresie tolerancji wskazanej przez Zamawiającego, natomiast szerokość będzie funkcjonalna podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 2**

Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** posiadający leże o wymiarach 1990 x 690 mm? Oferowane wymiary wynikają z wymiarów zewnętrznych wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 3**

Czy (dla pkt. 4) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną 625 – 935 mm dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka? Oferowany zakres różni się minimalnie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 4**

Czy (dla pkt. 11) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** wyposażony w składane bariereki boczne z wykończeniem z tworzywa sztucznego, opuszczanie barierki wspomagane sprężynami gazowymi przed gwałtownym ich opadaniem, bariereki posiadające zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem, opuszczanie barierki bocznych poniżej poziomu materaca, bariereki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i będą równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 5**

Czy (dla pkt. 12) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** posiadający od strony głowy składane pod leże uchwyty do prowadzenia wózka posiadające mechanizm samoblokujący do transportu, uchwyty wyposażone w tworzywowe nakładki, a od strony nóg duży chromowany uchwyt ułatwiający prowadzenie wózka? Oferowane parametry będą praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 6**

Czy (dla pkt. 13) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** posiadający boki barierki wyposażone w listwy odbojowe oraz krążki odbojowe w narożnikach wózka, zabezpieczające wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 7**

Czy (dla pkt. 15) Zamawiający dopuści **stół zabiegowy/wózek** wyposażony w materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej nie wyposażony w wysuwane wkładki transportowe?



*Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy.*

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Dotyczy: Dostawa wózka anestezjologicznego – 1 szt.****Pytanie nr 8**

Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny** posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość 91 cm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 9**

Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny**, którego czoła szuflad posiadają przezroczyste okienka (tabliczki) z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady; pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji? Proponowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 10**

Czy (dla pkt. 6) Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny** posiadający wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 11**

Czy (dla pkt. 7) Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny**, którego konstrukcja zabezpieczona jest w narożnikach odbojami chroniącymi wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 12**

Czy (dla pkt. 8) Zamawiający dopuści **wózek anestezjologiczny** z podstawowym wyposażeniem?

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,
  - uchwyt do przetaczania,
  - uchwyt na pojemnik do zużytych igieł,
  - otwieracz ampułek,
  - pojemnik na cewniki,
  - pojemnik na butelki,
  - kosz na odpadki ,
  - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,
  - wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
  - pojemnik na żel
  - uchwyt na butlę z tlenem
- Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane z obudową wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 13**

Czy (dla pkt. 9) Zamawiający dopuści **wózek anestezyjologiczny** z dodatkowym wyposażeniem?

- tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawkę, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach (dwa rzędy po 5 pojemników),
- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki,
- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki,
- uchwyt na pojedynczy zestaw rękawic,
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości, montowany do nadstawki,
- szuflada wyposażona w wkład z regulacją podziału na leki



*Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.*

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Dotyczy: Dostawa wózków zabiegowych – 5 szt.****Pytanie nr 14**

Czy (dla pkt. 4) Zamawiający dopuści **wózek zabiegowy**, którego konstrukcja i blaty wykonane są ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Dotyczy treści SIWZ:****Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający podzieli cały przedmiot zamówienia na 3 oddzielne pakiety? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru sprzętu spośród znacznie szerszego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający **nie** podzieli przedmiotu zamówienia na 3 oddzielne pakiety.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Stoły zabiegowe/wózki****Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach zewnętrznych wynoszących 1910x730mm? Oferowane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i gwarantują bezpieczny oraz komfortowy transport pacjentów o różnych gabarytach.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach leża wynoszących 1840x725mm? Oferowane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i gwarantują bezpieczny oraz komfortowy transport pacjentów o różnych gabarytach.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z regulacją wysokości w zakresie 640 – 890mm? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z dźwigniami hamulca umieszczonymi w dwóch narożnikach wózka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie gwarantuje skuteczne unieruchomienie wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 220 kg? Oferowany parametr jest w zupełności wystarczający w codziennej eksploatacji.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w materac bez wkładek transportowych?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, w którym szczyty nie są składane pod leże? Dzięki specjalnie wyprofilowanemu materacowi uchwyty od strony głowy w oferowanym modelu nie wystają ponad materac i w żaden sposób nie ograniczają dostępu do pacjenta, a więc nie ma potrzeby ich składania poniżej leża.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek anestezjologiczny****Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium (elementy trwale ze sobą złączone bez widocznych spawów, śrub, elementów klejonych) z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie? Użyty materiał jest korzystniejszy od materiału opisanego przez Zamawiającego – wózek wykonany w całości z tworzywa sztucznego podatny jest na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne, co należy wziąć pod uwagę gdyż wózki bardzo często mają kontakt ze ścianami.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o głębokości 645mm? Oferowana głębokość pozwala na przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych. Poza tym wymiary wózka są zgodne z rozwiązaniami technicznymi przyjętymi przez producenta, tak by zapewnić funkcjonalność wózków oraz dopasowane są do pozostałych parametrów – szerokości i wysokości.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche rozmieszczone na planie prostokąta (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, gwarantujące pełną mobilność i zwrotność wózka. Koła rozmieszczone na planie kwadratu w żaden sposób nie zwiększają zwrotności wózka i nie gwarantują takiej stabilności jak koła na planie prostokąta, co w praktyce jest najważniejsze.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny bez otwieracza ampułek? Z uwagi na fakt, iż otwieracz ampułek jest mało praktyczny i personel praktycznie z niego nie korzysta jest to zbędne wyposażenie.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania w oferowanym wózku dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i występuje wyłącznie w wózkach marki AURION. Brak rezygnacji z tego parametru może stanowić ograniczenie konkurencyjności składanych ofert, a tym samym naruszenie ustawy PZP poprzez umożliwienie złożenia oferty wyłącznie przez jednego oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wózek bez dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu.

**Pytanie nr 29**

Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z ww. wymogu to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną boczną aluminiową szufladę przeznaczoną na leki natychmiastowego użycia? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózki zabiegowe****Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o długości 850mm?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający wyłączy wózki zabiegowe do osobnego pakietu? Zwiększy to atrakcyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy wózków do osobnego pakietu.

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach:

Długość: 900 mm

Szerokość: 600 mm?


Pozostałe parametry wg siwz.



Odpowiedź: Tak, dopuści

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych

  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk