

### Opis parametrów technicznych wózka anestezjologicznego

Nazwa aparatu .....

Rok produkcji - ..... typ. .... Kraj .....

Producent/firma - .....

**Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).**

**Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej.**

LP.	Opis parametru	Wartość graniczna/ wymagana	Oferowany parametr - należy szczegółowo opisać
1	2	3	4
1.	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR	TAK	
2.	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.	TAK	
3.	Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm	TAK, podać	
4.	Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm	TAK, podać	
5.	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji	TAK	
6.	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem	TAK, podać	
7.	Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami	Tak	
8.	Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł,	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otwieracz ampulek,</li> <li>- pojemnik na cewniki,</li> <li>- pojemnik na butelki,</li> <li>- kosz na odpadki ,</li> <li>- co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,</li> <li>- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,</li> <li>- półkę na żel,</li> <li>- uchwyt na butlę z tlenem,</li> <li>- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje</li> </ul> <p>Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka</p>		
9.	<p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,</li> <li>- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki,</li> <li>- listwa ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki,</li> <li>- uchwyt na pojedynczy zestaw rękawic,</li> <li>- wieszak kroplówki montowany do nadstawki,</li> <li>- szuflada wyposażona w wkład z regulacją podziału na leki,</li> <li>- wieszak kroplówki z regulacją wysokości,</li> <li>- zasilanie elektryczne, możliwość podłączenia wózka do sieci elektrycznej z rozdzielaczem prądu na min dwa urządzenia,</li> </ul>	TAK	
10.	Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości	TAK	
11.	Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta.	Tak	

**Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.**

**Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów, z zastrzeżeniem materiałów eksploatacyjnych.**

.....  
(miejscowość i data )

.....  
(pieczętka i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)