



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

**WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na**

**„Dostawę papierów rejestrujących i elektrod do EKG dla SPZOZ  
Krotoszyn „**

**RZP-V/1/14/16**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

**Zapytania do Projektu umowy:**

**1 Pytanie**

**Projekt umowy - § 12 ust. 2**

Zwracamy się do zamawiającego prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości części przedmiotu umowy pozostałego do realizacji. Nie jest zasadne, żeby kara miała taką samą wysokość bez względu na etap jej realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

**2 Pytanie**

**Projekt umowy - § 12 ust. 2 i 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy dotyczącego kary umownej w przypadku odstąpienia umowy na 10% niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian

**Zapytania do Formularza Cenowego:**

**3 Pytanie:**

**Pakiet 2poz.1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 43mm z jęczyzkiem?  
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 43mm z jęczyzkiem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**4 Pytanie:**

**Pakiet 2poz.1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wym. 36 x 48mm?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2  
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02  
Nr KRS 000 000 2750  
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226  
e-mail: [spzoz@krotoszyn.pl](mailto:spzoz@krotoszyn.pl)  
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

**Misja zakładu:**

*„Otwarcie na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”*

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:** Nie – Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z SIWZ

**5 Pytanie:**

**Pakiet 2poz.1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wym. 42 x 56mm?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź:** Nie – Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z SIWZ

**6 Pytanie:**

**Pakiet 2poz.1**

Czy Zamawiający zezwoli na wycenę op.- 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 700 op.?

**Odpowiedź:** Nie – Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z SIWZ

**7 Pytanie:**

**Pakiet 2poz.2**

Czy zamawiający zezwoli na wycenę op.- 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 200 op.?

**Odpowiedź:** Nie – Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z SIWZ

**8 Pytanie:**

**Pakiet 2poz.1**

Czy zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 43 x 51 mm z żelazem ciekłym? Lub elektrodę okrągłą o śr. 40 mm z żelazem stałym? Lub elektrodę w rozmiarze 32 x 41 z żelazem stałym?

**Odpowiedź:** Nie – Zamawiający utrzymuje zapis zgodny z SIWZ

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych

  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 15.04.2016 r.