



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
„Dostawę dializatorów, igieł, linii krwi i koncentratów do dializ dla SPZOZ
Krotoszyn „**

RZP-V/1/18/16

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zapytania do Formularza Cenowego:

1 Pytanie:

Pakiet 4

Dializatory i linie krwi.

W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment produktów wymaganych w Pakiecie nr 4, prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić Pozycję nr 5 i utworzyć oddzielny Pakiet zawierający tylko Poz. nr 5 (Zestaw linii krwi tętniczo-żylny do aparatu hemodializ na 1 igłę (SN) na podwójną pompę.....), przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ.

pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:.. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. 5 i utworzenie oddzielnego pakietu. **Poprawiony Formularz cenowy w załączniku.**

2 Pytanie:

Pakiet 4

Dializatory i linie krwi.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne z najnowocześniejszą obecnie

na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów

o powierzchniach:

Poz. nr 1 Powierzchnia: 1,4m²

Poz. nr 2. Powierzchnia: 1,8m²

Poz. nr 3. Powierzchnia: 2,0m²

przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:.. Tak - Zamawiający dopuszcza nie wymaga zaoferowania dializatorów kapilarnych z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchniach:

Poz. nr 1 Powierzchnia: 1,4m²

Poz. nr 2. Powierzchnia: 1,8m²

Poz. nr 3. Powierzchnia: 2,0m²

przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ

3 Pytanie:

Pakiet 4 poz. 1

Dializatory i linie krwi.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,4m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:.. Tak Zamawiający dopuszcza nie wymaga zaoferowania dializatorów kapilarnych z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,4m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ

4 Pytanie:

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,8m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:.. Tak Zamawiający dopuszcza nie wymaga zaoferowania dializatorów kapilarnych z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 1,8m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

5 Pytanie:

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,0m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ?

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,
a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:.. Tak Zamawiający dopuszcza nie wymaga zaoferowania dializatorów kapilarnych z najnowocześniejszą obecnie na rynku błoną polysulfonową o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i fosforanów o powierzchni 2,0m², przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ

6 Pytanie:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 4 dializatorów kapilarnych, o błonie polisulfonowej lub helixonowej, o powierzchni odpowiednio:

- 1) 1,6 m²
- 2) 1,8 m²
- 3) 2,2 m²

Odpowiedź:.. Tak - Zamawiający dopuszcza nie wymaga zaoferowania w pakiecie 4 dializatorów kapilarnych, o błonie polisulfonowej lub helixonowej, o powierzchni odpowiednio:

- 4) 1,6 m²
- 5) 1,8 m²
- 6) 2,2 m²

7 Pytanie:

Pakiet 4 poz. 4 i 5

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 4 i 5 – linie krwi na dwie igły i linie krwi SN (do osobnego pakietu), co pozwoli przystąpić do przetargu większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:.. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. 5 i utworzenie oddzielnego pakietu. **Poprawiony Formularz cenowy w załączniku.** Zamawiający NIE wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. 4.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
ds. ekonomiczno-administracyjnych


mgr inż. Grzegorz Ratajczyk

Krotoszyn, dnia 19.05.2016 r.