



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 02.02.2016 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę tlenu medycznego , CO2 i entonoxu do szpitala Powiatowego w Krotoszynie ”
Nr sprawy RZP-VI/1/01/16**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia SIWZ.

Pytanie nr 1.

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podział przedmiotu zamówienia na pakiety:

1. Pakiet nr 1 - „Dostawa tlenu ciekłego” w tym:
 - Dostawa tlenu ciekłego;
 - Dostawa zbiornika do ciekłego O2 szt. 1.
2. Pakiet nr 2 - „Dostawa gazów medycznych w butlach” w tym:
 - Dostawa tlenu zagazowanego;
 - CO2 medyczny;
 - Dzierżawa 100 butli do O2 o poj. wod. 40 l;
 - Dzierżawa 20 butli do O2 o poj. 10 l;
 - Dzierżawa 2 butli do CO2 o poj. wod. 10 l;
 - Dostawa tlenu medycznego w butlach o poj. wod. 2 l (0,43m3);
 - Dzierżawa 20 szt. butli do O2 o poj. 2 l.
3. Pakiet nr 3 - „Dostawa entonoxu” w tym:
 - Dostawa entonoxu – 2,8 kg w butli;
 - Dzierżawa 2 szt.. butli do entonoxu o poj. wod. 10 l (2,8 kg);
 - Dzierżawa zaworu dozującego entonox;
 - Dzierżawa stojaka na butle do entonoxu;
 - Dzierżawa wózka na 2 butle entonoxu.

Przedmiot zamówienia skonstruowany w obecnej SIWZ może ograniczać liczbę oferentów spełniających jej wymogi, co może być przyczyną nieuzasadnionej eskalacji ceny w ramach jednego pakietu.

Taka praktyka nie leży w interesie publicznym a tym samym interesie Zamawiającego, którego celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen. Jest to zmiana istotna, wpływająca na krąg potencjalnych Wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem Zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz.8

Pytanie nr 2

Czy w przypadku gazu medycznego, sprężonego, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50 % w butlach o pojemności 10 litrów zawierających 2,8m³ , Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty Certyfikatu/oświadczenia bądź innego dokumentu podmiotu uprawnionego potwierdzającego, iż proponowany zawór dozujący nie będzie wymagał sterylizacji po każdym użyciu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu/oświadczenia bądź innego dokumentu podmiotu uprawnionego potwierdzającego, iż proponowany zawór dozujący nie będzie wymagał sterylizacji po każdym użyciu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

Pakiet 1 poz.13

Pytanie nr 5

Czy butle aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar z zaworem zintegrowanym na stałe (zintegrowany z butlą) o wadze pełnej nie większej niż 4kg wraz z ich dzierżawą mają posiadać wmontowany moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach

wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby butle do O₂ o poj. 2 l były wyposażone w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym.

Pytanie nr 6

Czy w przypadku butli transportowych (2 litry i 5 litrów) z zaworem zintegrowanym Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z butlami nosideł ułatwiających zarówno ich transport jak również bezpieczne magazynowanie ?

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku butli transportowych (2 litry i 5 litrów) z zaworem zintegrowanym wymaga dostarczenia wraz z butlami nosideł ułatwiających zarówno ich transport jak również bezpieczne magazynowanie.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczące projektu umowy –§ 2,ust. 2,

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie o następujący zapis: „**Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę**”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie umowy –§ 2,ust. 2 o następujący zapis: „Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące projektu umowy –§ 3,ust. 2,

Prosimy Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej formie : „Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu i protokolarnym przejęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie do **60 dni licząc od daty wystawienia** faktury VAT.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9.

Pytanie dotyczące projektu umowy –§ 3,ust. 6,

Prosimy Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej formie : „Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku.” z uwzględnieniem wykreślenia zapisu: „**Za datę zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.**”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczące projektu umowy –§ 12,ust. 1,

Prosimy Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej formie :

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązować będą, tytułem odszkodowania, następujące kary umowne :

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za nieuzasadnioną i zawinioną przez niego zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości **0,2 % netto** wynagrodzenia za dostarczony ze zwłoką towar, za każdy dzień zwłoki.
- 2) Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości **10 % wartości netto** niezrealizowanej części umowy.
- 3) Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę w wysokości **10 % wartość netto** niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Pytanie dotyczące projektu umowy –§ 12,ust. 2,

Prosimy Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej formie : „**Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.**”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 12

Pytanie dotyczące projektu umowy –§ 15,ust. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczących sporów wynikających z tytułu umowy, zawartych w powyższym fragmencie wzoru umowy, na: „Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, **przed właściwym sądem powszechnym Sądem.**”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora SPZOZ w Krotoszynie
d/s świadczeń zdrowotnych
i programów strategicznych
mgr Urszula Delikat