



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: <http://www.spzoz.krotoszyn.pl/>

Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 27.10.2016 r.

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Leasing finansowy na dostawę aparatów ultrasonograficznych dla SPZOZ w Krotoszynie (automatyczny wykup)”
Nr sprawy: RZP-VI/1/12/16**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Zmienia treść pkt. 56 załącznika nr 6 – opis parametrów technicznych aparatu usg – zadanie nr 2

Punkt 56 załącznika nr 6 miał brzmienie :

„Głowice ultradźwiękowe – kompatybilność (bezpośrednia lub za pośrednictwem stosownego układu przejściowego) aparatu z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami UST-9123 oraz UST-9124 – Tak.

Punkt 56 załącznika nr 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis parametrów	Wartość graniczna/wymagana	Oferowany parametr należy szczegółowo opisać
56	<p>Głowica elektroniczna konweksowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy o parametrach :</p> <ul style="list-style-type: none">- Zakres częstotliwości pracy co najmniej 2,0 – 6,0 MHz.- Liczba elementów: min. 192- Kąt skanowania min 60 stopni, promień krzywizny min 60 mm- Obrazowanie harmoniczne w głowicy konweksowej – 4 pasma harmonicznych częstotliwości pracy. <p>Głowica elektroniczna endokawitarna do badań dopochwowych i rektalnych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zakres częstotliwości pracy co najmniej 3,0 – 9,0 MHz.- Liczba elementów: min. 190,- Długość promienia pola skanowania i kąt skanowania min. 9 mm R i 180 stopni.	Tak	

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty dopisując na końcu załącznika nr 6.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Medycznych
lek. Mieczysław Pełko