

.....
(pieczęć wykonawcy)

PARAMETRY GRANICZNE	
DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW WSPÓŁCZYNNIKA OPADANIA KRWI	
Producent/firma –	Urządzenie typ: Wersja konstrukcyjna z roku -
Producent/firma –	Urządzenie typ: Wersja konstrukcyjna z roku -

L.p.	Parametry wymagane	Spełnia: TAK/NIE
1.	Analizatory wyprodukowane w roku 2015 lub 2016.	
2.	Aparaty i wyposażenie oznakowane znakiem CE.	
3.	Analizator zdolny do pracy w warunkach: 15-30 st.C.; 45-85 % wilgotności powietrza	
4.	Czas pojedynczej analizy: do 30 minut.	
5.	Wydajność: do 40 testów/ h.	
6.	Pojemność komory odczytu: minimum 20 pozycji jednorazowo.	
7.	Metoda załadunku: przypadkowa.	
9.	Metoda pomiaru: podczerwień.	
10.	Dokładność odczytu: $\pm 0,2$ mm, dokładność wyniku: -1 mm.	
11.	Analizator wyposażony w drukarkę.	
12.	Analizator wyposażony w skaner kodów kreskowych.	

Powyższe wymagania należy podeprzeć oficjalnymi dokumentami, typu: opublikowana broszura, ulotka specyfikacyjna, ulotka odczynnikowa, dokument prawny lub wyciąg z instrukcji – dostarczonymi na żądanie zamawiającego.

UWAGA!

Warunki opisane w kolumnie „Parametry wymagane” stanowią minimum, które sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi spełnić. Nie wypełnienie rubryki „TAK/NIE” będzie traktowane jako niespełnienie wymagań Zamawiającego.

Oferty, które nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Oceniane parametry techniczne analizatorów	PUNKTACJA	Spełnianie parametru przez oferowany analizator TAK/NIE
1	Możliwość dostawiania próbek do analizy w dowolnym czasie bez konieczności napełnienia całej komory oraz końca cyklu pracy aparatu.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
2	Możliwość stosowania próbek plastikowych.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	

Zsumowane pkt zostaną podstawione do poniższego wzoru:

$$J = \frac{\text{liczba punktów przyznanych ofercie}}{\text{najwyższa liczba punktów spośród wybranych ofert}} \times \text{Max (J)}$$

Gdzie :

J - ilość punktów jakie otrzyma oferta „x” za kryterium „Jakość”;

Max(J) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Jakość”.

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczęćka i podpis osoby upoważ.
do reprezentowania Wykonawcy)