

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM – <u>jakość dla pakietu nr 2</u>	OFEROWANE PARAMETRY ( <i>wypełnia Oferent</i> )
<b>PAKIET NR 2 POZ 1. - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA ORTOPEDYCZNA</b>	
Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 25 N). 25 - 26,99 N – 1 pkt. ≥ 27,0 N – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... <b>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</b>
Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... <b>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</b>
Zakres grubości na palcu (minimum 0,33 mm) 0,32 - 0,359 mm – 1 pkt. ≥ 0,36 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... <b>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</b>
Zakres grubości na dłoni (minimum 0,29 mm) 0,29 - 0,319 mm – 1 pkt. ≥ 0,32 mm – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... <b>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</b>
Poziom protein (maksymalnie 30 µg/g) 30 - 20 µg/g – 1 pkt. < 20 µg/g – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... <b>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</b>
<b>PAKIET NR 2 POZ. 2 - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA PUDROWANA</b>	
Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 15 N). 15 - 19,99 N – 1 pkt. ≥ 20 N – 5 pkt.  <b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b>	..... <b>podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</b>

<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,22 mm) 0,22 - 0,249 mm – 1 pkt. ≥ 0,25 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,20 mm) 0,20 - 0,229 mm – 1 pkt. ≥ 0,23 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Poziom protein (maksymalnie 60 µg/g) 60 - 50 µg/g – 1 pkt. &lt; 50 µg/g – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<b>PAKIET NR 2 POZ. 3 - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA BEZPUDROWA</b>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 15 N). 15 - 19,99 N – 1 pkt. ≥ 20 N – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,22 mm) 0,22 - 0,249 mm – 1 pkt. ≥ 0,25 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,20 mm) 0,20 - 0,229 mm – 1 pkt. ≥ 0,23 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Poziom protein (maksymalnie 30 µg/g) 30 - 20 µg/g – 1 pkt. &lt; 20 µg/g – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p><b>PAKIET NR 2 POZ. 4 - RĘKAWICZKA JAŁOWA CHIRURGICZNA SYNTETYCZNA</b></p>	
<p>Zakres siły zrywu (przed starzeniem min. 15 N). 15 - 18,99 N – 1 pkt. ≥ 19 N – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Długość rękawicy (minimum 285 mm) 285 - 299 mm – 1 pkt. ≥ 300 mm – 5 pkt.</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na palcu (minimum 0,17 mm) 0,17 - 0,219 mm – 1 pkt. ≥ 0,22 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>
<p>Zakres grubości na dłoni (minimum 0,15 mm) 0,15 - 0,199 mm – 1 pkt. ≥ 0,20 mm – 5 pkt</p> <p><b>Parametr oceniany na podstawie sprawozdania z badań/karty danych technicznych wystawionej przez producenta</b></p>	<p>..... podać wartość minimalną i numer strony w ofercie z informacją o parametrze</p>

Oferent podaje wartość minimalną ocenianego parametru, spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, natomiast przy ocenie zawartości protein należy podać wartość maksymalną spośród wszystkich wymaganych przez Zamawiającego rozmiarów rękawic, zawartą w badaniu producenta nie starszym niż z 2016 roku.

Parametry podlegające ocenie obowiązkowo należy zakreślić w dołączonych dokumentach w widoczny sposób np. zakreślaczem.

.....  
pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy